



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr: 40109/04.09.2025

Către: potențialii ofertanți

Referitor: Clarificări privind documentația de achiziție având ca obiect – **Etalonare etaloane de laborator și dispozitive auxiliare utilizate în activitatea de metrologie pentru verificări interne.**

La solicitările unui potențial ofertant formulăm următoarele răspunsuri:

Intrebarea 1.

În Anexa 1 la Caietul de sarcini, pentru Lotul nr. 5, la poziția 5 "Multimetru digital E0304", se dorește etalonarea strict pe intervalele 20 mAc.c. / 750 Vc.a. / 1000 Vc.c. sau și pe intervalele inferioare, adică 0,2 mA – 2 mA / 0,2 V – 2 V – 20 V – 200 V ?

Răspuns 1

Pentru lotul 5.5 entitatea organizatorică ce are în evidență mijlocul de măsurare solicită etalonarea acestuia pe următoarele intervale de măsurare: (0-200mV-2V-20V-200V-1000V)Vc.c. ; (0-200mV-2V-20V-200V-350V)Vc.a. ; (0-60μA-2mA-20mA-200mA-2A)Ac.c. și Ac.a. ; (0-200Ω-2KΩ -20KΩ -200KΩ -2MΩ-20MΩ).

Intrebarea 2.

În Anexa 1 la Caietul de sarcini, pentru Lotul nr. 7, la poziția 2 figurează "Calibrator tip APPA 305". Conform bazei noastre de date, acest aparat NU este calibrator, el figurează ca fiind **Multimetru digital portabil**. Va rugăm să verificați corectitudinea informațiilor.

Răspuns 2.

În evidențele entității organizatorică ce are în folosință mijlocul de măsurare de la lotul 7.2 acesta apare ca și calibrator, dar se poate folosi ca multimetru digital.

Director General
Claudiu Ionuț Crețu Sărbu



Director Juridic și Achiziții
Mihai Dorian Volf

Șef Serviciu Achiziții și Monitorizare Proceduri
Roxana Kedei

Responsabil coordonare proceduri de achiziție
Anca Ordean

Responsabil achiziție
Gabriela Almăciu