



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 39810/25.08.2026

In atentie: posibililor ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia cu nr. ADV1544469/19.08.2026 - Balanta analitica.

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unui potential ofertant:

Solicitare 1: La ce va referiti in formularea: "Cantarire minima UOS 200mg". Ce reprezinta mai exact acest "UOS"?

Raspuns 1: Dintr-o eroare de scriere USP a apărut ca UOS. Se face referire la ghidul de laborator al carui capitol USP<41> este dedicat balanțelor. Corect este: **cântărire minimă USP 200 mg.**

Solicitare 2: Ce inseamna mai exact formularea: "Opțiuni de calibrare: internă (automată/manuală) și externă (manuală)"? Sa intelegem ca doriti calibrare internă atat automata cat si manuala?

Doriti ca balanta sa aiba calibrare internă si externă?

Raspuns 2: Va informam ca produsul trebuie sa aiba: Calibrare internă manuală sau automată și externă doar manuală.

Solicitare 3: Precizati daca ati identificat vreun model metrologizat care sa indeplineasca solicitarea: "Calibrare internă automată în cazul unei schimbări a temperaturii de peste 0,5°C". Cu siguranta ca va referiti la un model care nu se mai fabrica. Actualul model dispune asa: "Calibrare internă automată în cazul unei schimbări de temperatură ≥ 1 °C sau controlată temporal la fiecare 4 ore".

Raspuns 3: Va informam ca entitatea contractanta nu avea cunostinta că acel model nu se mai fabrică. Este acceptat și modelul actual, cu calibrare automată la schimbarea temperaturii ≥ 1 °C.

Solicitare 4: Doriti Certificat de calibrare/etalonare DakKS (fost DKD) care este echivalent pentru solicitarea: "Certificat de etalonare/calibrare metrologică în conformitate cu ISO/IEC 17025, emis de un laborator acreditat"?

Raspuns 4: Entitatea contractanta a solicitat Certificat de etalonare/calibrare metrologică în conformitate cu ISO/IEC 17025, emis de un laborator acreditat. Certificatul de calibrare/etalonare DakKS (fost DKD) care este echivalent, este acceptat.

Solicitare 5: Pretul final trebuie sa includa Verificare / Evaluare a conformității conform NAWI (2014/31/UE) 965-201 si Certificat de calibrare DAkKS 963-101 sau se vor cota separat?

Raspuns 5: Entitatea contractanta isi mentine solicitarile din documentatia de atribuire: Produsul va avea marcaj CE și va fi însoțit de declarația de conformitate CE tradusă în limba română și Certificat de etalonare/calibrare metrologică în conformitate cu ISO/IEC 17025, emis de un laborator acreditat.

Asadar, produsul ofertat trebuie sa corespunda tuturor cerintelor din fisa tehnica, iar pretul ofertat include toate cerintele solicitate in documentatia de atribuire.

Solicitare 6: Cum doriti mai exact sa va trimitem oferta? Doar fisierul Fisa oferta transmis? Noi, ofertarea o facem tehnico-comercial, in format pdf.

Raspuns 6: Oferta se va transmite intr- un singur fisier prin e-mail numai la adresa: oferte@elcen.ro, in caz contrar aceasta nu va fi luata in considerare.

Email-ul va contine obligatoriu in subiect (titlu) cuvantul oferta si codul ADV al procedurii si va fi transmisa prin fisier atasat.

Solicitare 7: Va informam ca pe websitul dvs www.elcen.ro la sectiunea indicata, Documentatia de atribuire nu este disponibila (fisierul nu se deschide)

Raspuns 7: In urma verificarii pe site-ul www.elcen.ro in sectiunea: Interes public/Achizitii Publice/Anunturi Achizitii directe/2026 fisierul s-a deschis.

Solicitare 8: La Anexa 2, Pct III, Cerinta nr. 5: „Produsul va fi insotit de Certificatul de etalonare metrologica in conformitate cu cerintele standardului ISO/CEI/17025/2005, emis de un laborator acreditat.”

In vederea elaborarii unei oferte conforme, tehnice si legale, dorim sa clarificam regimul documentului solicitat, respectiv daca acesta apartine sferei voluntare de management al calitatii (calibrare/etalonare ISO) sau sferei metrologiei legale reglementate. Prin urmare, va rugam sa clarificati daca pentru indeplinirea cerintei este suficienta prezentarea Certificatului de etalonare (calibrare) emis de un laborator acreditat ISO 17025, sau daca autoritatea contractanta solicita in mod obligatoriu si un Buletin de verificare metrologica emis sub egida Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML)?

Raspuns 8: Produsul va fi insotit de Certificatul de etalonare metrologica, in conformitate cu cerintele standardului ISO/CEI/17025/2005, certificat emis de un laborator acreditat, NU un Buletin de verificare metrologica emis sub egida Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML).

Biroul Român de Metrologie Legală este cel care acreditează laboratorul care emite certificatul de etalonare/metrologare solicitat prin documentatia de atribuire.

DIRECTOR GENERAL
Mirela Adriana PAVEL



DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Resp. Coordonare Proceduri de Achizitii
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Marioara VRACIU