ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

Nr. 54859/19.11.2026.

CLARIFICARE

In atentia: **Posibili ofertanti**

Referitor: **Clarificari achizitie : "Aparat determinare punct de inflamabilitate"- ADV1557637/16.11.2026**
Invitatia de participare nr.53575/13.11.2026
Termen de depunere oferte: 20.11.2026
DDA 508/2026

La solicitarea unui posibil ofertant, va transmitem raspunsurile la urmatoarele solicitari de clarificare, astfel :

Intrebarea nr.1 :
„Detectarea incendiului în cupă și stingere automată (capac de stingere și/sau gaz inert)""
Funcția menționată reprezintă o accesorizare care nu condiționează în mod direct efectuarea determinării punctului de inflamabilitate prin metoda Pensky-Martens.
Menționăm că metoda Pensky-Martens, conform standardelor solicitate, respectiv ASTM D93 și SR EN ISO 2719, presupune determinarea punctului de inflamabilitate prin utilizarea unei cupe de testare închise (closed cup), în care proba este încălzită în condiții controlate, cu introducerea unei surse de aprindere conform procedurii standardizate.
Prin urmare, configurația constructivă a echipamentului și principiul de funcționare al metodei presupun efectuarea determinării într-un sistem cu cupă închisă ceea ce înseamnă că riscul de aprindere este diminuat.
Avand in vedere faptul ca este solicitat Aparat de determinare punct de inflamabilitate cu cupă închisă, pentru care accesorizarea cu functia de detectare a incendiului în cupă și stingere automată (capac de stingere și/sau gaz inert) nu este necesara, va rugam sa acceptati si un aparat care nu are aceasta functie.
Vă rugăm să clarificați dacă se poate accepta și ofertarea unui echipament care nu dispune de această funcție integrată.
Raspunsul nr.1 :
Entitatea Contractanta accepta un echipament care nu dispune de stingere automata integrata.

Intrebarea nr.2 :
"Produsul trebuie să fie fabricat în sistemul de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001/ediția în vigoare, sau conform oricărui alt standard de management al calității echivalent."
Va rugam sa acceptati un echipament care are marcaj CE si vine insotit de o declaratie de conformitate CE, al carui producator este pe piata de peste 65 de ani, respectiv din anul 1957 ceea ce certifica un sistem al calitatii productiei, insa care nu are certificat ISO 9001 dar are implementat un sistem de control al calității intern, unic, adaptat nevoilor clientilor și care funcționează perfect, dovada faptului că în 10 ani producatorul a dublat producția.
Va rugam sa acceptati certificat ISO 9001:2015 pentru furnizor.

Raspunsul nr.2 :
Entitatea Contractanta accepta un Certificat ISO 9001:2015 pentru furnizor.

Intrebarea nr.3 :
Cap. I, pct. 8 – „Detectarea incendiului în cupă şi stingere automată (capac de stingere şi/sau gaz inert)".
Vă rugăm să precizaţi dacă această cerinţă este obligatorie sau dacă acceptaţi echipamente fără sistem de stingere integrat, care previn aprinderea necontrolată prin alte măsuri de siguranţă, şi anume:
- oprirea automată a testului dacă flacăra nu este detectată la +30 °C peste valoarea setată (cerinţa de la pct. 7);
- alertă şi semnalizare sonoră în cazul aprinderii la prima aplicare a flăcării;
- încercare în cupă închisă, cu capac.

Raspunsul nr.3 :
Regasiti raspunsul la intrebarea nr.1.

Intrebarea nr.4 :
Referitor la anunţul de publicitate ADV1557637/16.11.2026:
Vă rugăm să acceptaţi si un termen de livrare de 90 de zile, având în vedere termenul necesar pentru furnizarea echipamentului de către producător.

Raspunsul nr.4 :
Entitatea Contractanta accepta un termen de livrare de 90 de zile.

DIRECTOR GENERAL
Mirela Adriana PAVEL

DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

DIRECTOR DIRECTIA D.I.P.
Ileana PETRE

Sef Serviciul Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Responsabil Coordonare Proceduri de Achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil Achizitie
Simona Gabriela MATEI

Derulator contract
Andrei CIOTOEANU