ELCEN

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

Nr: 55184/20.11.2026

Către: potentialii ofertanti
Referitor: Clarificări privind documentatia de achizitie avand ca obiect – **Aparat determinare tendinta de spumare a uleiurilor (Foaming Test)**

La solicitarile unor potentiali ofertanti formulam urmatoarele raspunsuri:

Intrebare 1: Cap. IV pct. 1 – sistemul de management al calității
Caietul de sarcini cere ca produsul să fie fabricat în sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau unui standard echivalent. La cap. III, același caiet de sarcini numește explicit aparatul AD0892-505 (Scavini). Producătorul ne-a confirmat în scris că nu deține certificare ISO 9001.
Vă rugăm să precizați dacă, pentru produsul numit în caietul de sarcini, acceptați ca dovezi echivalente documente precum: procedura producătorului de control final, raportul de încercări din fabrică pe numărul de serie, certificatele de calibrare și declarația de conformitate CE. Alternativ, vă rugăm să precizați dacă cerința de la cap. IV pct. 1 nu se mai aplică.

Raspuns 1: Cap. IV pct. 1 – sistemul de management al calității
Cerința de la cap. IV pct. 1 se menține. Produsul ofertat trebuie fabricat într-un sistem de management al calității certificat conform SR EN ISO 9001 sau unui standard echivalent. Procedura de control final, raportul de încercări din fabrică, certificatele de calibrare și declarația de conformitate CE privesc produsul. Ele nu înlocuiesc certificarea sistemului de management al calității al producătorului.
La cap. III, modelul AD0892-505 (Scavini) este menționat doar ca exemplu și nu reprezintă o cerință obligatorie. Se acceptă orice aparat echivalent care îndeplinește cerințele tehnice din caietul de sarcini și cerința de la cap. IV pct. 1. Prin urmare, la cap. III, mențiunea modelului AD0892-505 se completează cu „sau echivalent".

Intrebare 2: Cap. I pct. 1 enumeră și ASTM D6082 (spumare la temperatură ridicată, 150 °C). Pe de altă parte, cap. I pct. 6 cere un domeniu de lucru de la temperatura ambiantă până la 100 °C, iar cap. I pct. 4 cere debitmetre cu arie variabilă, ceea ce corespunde modelului AD0892-505. Acest model nu poate efectua încercări conform ASTM D6082.
Vă rugăm să confirmați că aparatul trebuie să permită încercări conform ASTM D892 / IP 146 / ISO 6247 în domeniul ambient–100 °C și că ASTM D6082 nu este o cerință obligatorie.

Raspuns 2: Cap. I pct. 1 – standardul ASTM D6082
Recunoaștem că trimiterea la ASTM D6082 de la cap. I pct. 1 nu este corelată cu cerințele de la cap. I pct. 4 și pct. 6. Precizăm că aparatul trebuie să permită încercări conform ASTM D892 / IP 146 / ISO 6247, în domeniul de la temperatura ambiantă până la 100 °C. ASTM D6082 nu este o cerință obligatorie și se elimină de la cap. I pct. 1.

Intrebare 3: Cap. IV pct. 3 – conformitate cu ASTM D1401 / ISO 6614
Standardele ASTM D1401 și ISO 6614 se referă la separarea apei de ulei (demulsibilitate), nu la tendința de spumare.
Vă rugăm să confirmați că este o eroare materială și că se are în vedere conformitatea cu ASTM D892 / ISO 6247.

Raspuns 3: Cap. IV pct. 3 – conformitate cu ASTM D1401 / ISO 6614
Recunoaștem că trimiterea la ASTM D1401 / ISO 6614 de la cap. IV pct. 3 este o eroare materială. Aceste standarde se referă la demulsibilitate și nu se aplică aparatului pentru determinarea tendinței de spumare. Cap. IV pct. 3 se citește astfel: „Conformitate cu ASTM D892 / IP 146 / ISO 6247".

Intrebare 4: Vă rugăm să acceptați si un termen de livrare de 90 de zile, având în vedere termenul necesar pentru furnizarea echipamentului de către producător.

Raspuns 4: Da, se accepta.

Intrebare 5: *"Produsul trebuie să fie fabricat în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001/ediţia în vigoare, sau conform oricărui alt standard de management al calităţii echivalent."*
Va rugam sa acceptati un echipament care are marcaj CE si vine insotit de o declaratie de conformitate CE, al carui producator este pe piata de peste 30 de ani, ceea ce certifica un sistem al calitatii productiei, insa care nu are certificat ISO 9001 dar are implementat un sistem de control al calității intern, unic, adaptat nevoilor clientilor și care funcționează perfect.
Va rugam sa acceptati certificat ISO 9001:2015 pentru furnizor.

Raspuns 5: Da, se accepta.

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. ELCEN -1-

Director General
Mirela Adriana Pavel

Director Juridic si Achizitii
Mihai Dorian Volf

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana Kedei

Responsabil coordonare proceduri de achizitie
Anca Ordean

Responsabil achizitie
Gabriela Almaciu